

Produktdatablad

SenSura Flex 2-dels ileostomipose - 2 filtre

1. Virksomhedsdata

1.1. Producent:

Navn Coloplast A/S
Adresse Holtedam 1
Land Danmark
Website: <http://www.coloplast.dk/>

1.2. Forhandler:

Navn Coloplast Danmark A/S
Adresse Holtedam 1, 3050 Humlebæk
Tlf. nr. 49111213
Fax nr. 49111212
E-mail: dkmail@coloplast.com
Website: <http://www.coloplast.dk/>

1.3. Kvalitetsstyringssystemer:

Producent: ISO 9001, ISO 13485

Forhandler: _____

2. Produktet

2.1 Handelsnavn SenSura Flex 2-dels ileostomipose - 2 filtre

2.2. Sortimentsoversigt:

2.3. Yderligere oplysninger om produktet

3. Produktets bestanddele

(Ved sterile produkter **inklusiv** enkeltballagen/sterilbarrieren)

Pap: Papir: Glas:
Metal: Latex: Bomuld:
Økologisk:
Andet: CPE, EVA, PVdC, Plasticizer, carbonfilter, silicone

3.2. Plast:

Plast-typer: PP, TPO, PE, PA PVC:
Hvis PVC, angiv blødgører: _____ % af PVC: _____

3.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal: Typer: _____

Klorbleget materiale: Genbrugsmaterialer:

Indgår stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer? :
Angiv stoffer: _____

4. Emballagens bestanddele

(Ved sterile produkter **eksklusiv** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap:

Papir:

Glas:

Metal:

Latex:

Bomuld:

Økologisk:

Andet: _____

4.2. Plast:

Plast-typer: _____

PVC:

Hvis PVC, angiv blødgører: _____

% af PVC: _____

4.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal:

Typer: _____

Klorbleget materiale:

Genbrugsmaterialer: Detail- og transportkasser indeholder mellem 30-45% returfbre

Angiv eventuelle stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer: _____

5. CE-mærkning

5.1. CE-mærke: Nej:

Ja:

Klasse: I

6. Miljøoplysninger

6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet?

Ja:

Nej:

6.2. Er produktet miljømærket?

Nej:

Ja:

Mærke: _____

6.3. Miljøstyringssystemer:

(Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent: ISO 14001

Forhandler: _____

7. Holdbarhed

Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato:

8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger

(Angiv anbefalinger)

Beskyt mod sollys og opbevaring ved max. 25 grader

9. anbefalinger vedr. affaldshåndtering

Coloplast anbefaler affaldshåndtering jf. nedenstående. Vær dog opmærksom på lokale regler vedr. affaldshåndtering.

Anbefaling = X	Forbrænding	Deponi	Genanvendelse	Mærke f. genanvend.
Produkt	X			
Enkeltemballage				
Inderemballage			Materialegenanvendelse	ja, Mobious-loopen enl ISO 14001
Transportemballage			Materialegenanvendelse	ja, Mobious-loopen enl ISO 14002



SenSura Flex 2-dels ileostomipose - 2 filtre

Sortimentsoversigt

Producent varenr.	Forhandler varenr.	EAN nr. salgsenhed	Beskrivelse	Størrelse	Forpakkings enhed	Antal forpkn. pr trsp.karton	Antal kartoner pr. palle	Steril
14921		5708932357906	Transparent pose, midi	35 mm	30	480		
14932		5708932358040	Transparent pose, maxi	50 mm	30	480		
14937		5708932357784	Transparent pose, maxi	70 mm	30	480		
14990		5708932389181	Transparent pose, XXL	90 mm	20	160		
14914		5708932357821	Beige pose, mini	35 mm	30	480		
14924		5708932357845	Beige pose, midi	35 mm	30	480		
14925		5708932357968	Beige pose, midi	50 mm	30	480		
14934		5708932357869	Beige pose, maxi	35 mm	30	480		
14935		5708932357982	Beige pose, maxi	50 mm	30	480		
14938		5708932357807	Beige pose, maxi	70 mm	30	480		
14991		5708932389204	Beige pose, XXL	90 mm	20	160		

Vejledning:

Der skal være et EAN-nr. for hver mulig salgsenhed.

Beskrivelse kan være forhandlers faktura- / følgeseddel tekst

Størrelsesbegrebet varierer for forskellige produktområder, f.eks. S-M-L på bleer, mål, vægt, ch på kateter etc.

Forpakkingsenhed er f.eks. antal stk., ruller, ds., ml. eller lign.

Sterile produkter angives ved *

VERSION 05-02-2009

VERSION 04-03-2008